



Ref. Certif. No.

SI-2178IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Switching Power Adapter

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurXP POWER Limited
401 Commonwealth Drive HAW PAR Technocentre, LOBBY
B# 02-02 SINGAPORE, 149598 SINGAPOREName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNo. 8-1, Fu Kung Rd., Fu Hsing Park, Fu Hsing Hsiang, Chang
Hua Hsien, TaiwanNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page☒ Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesI/P: 100-240 V~; 47-63 Hz; Class II
See also description on page 2.Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

or XP Power

Model / Type Ref.
Ref. De type

AEM60USX ("X" can be 05, 12, 15, 18, 19, 24, 36 or 48)

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page

/

☐ Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (2nd Edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

T223-0210/08, dated 2008-08-29

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Slovenian Institute of Quality and Metrology
Tržaška c. 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Product Certification Body is accredited by Slovenian Accreditation, Reg. No.: CP-001

Date: 2008-08-29

Signature: Alja Pregl

Ratings and principal characteristics:**Input ratings (I/P):**

100 - 240 V~; 47 - 63 Hz; Class II
0,75 - 0,4 A for model AEM60US05
1,5 - 0,7 A for model AEM60USX
('X' can be 12, 15, 18, 19, 24, 36 or 48)

Output ratings (O/P):

Model Name	Output Ratings (output dc voltage / output current)
AEM60US05	5 Vdc / 6 A
AEM60US12	12 Vdc / 5 A
AEM60US15	15 Vdc / 4 A
AEM60US18	18 Vdc / 3,33 A
AEM60US19	19 Vdc / 3,15 A
AEM60US24	24 Vdc / 2,5 A
AEM60US36	36 Vdc / 1,66 A
AEM60US48	48 Vdc / 1,25 A

Name and address of the factory:

1 Jing Xiang RD Dongcheng Foreign Trade
Industrial Park Zhushan Dongcheng District
Dongguan 523128 Guangdong China

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

Date: 2008-08-29

Signature: Alja Pregl

